

企业最高计量标准自我声明

本企业自主建立和管理的各项内部使用最高计量标准参照《加强营商环境创新试点城市企业内部量值传递溯源能力建设促进企业高质量发展工作指南（试行）》要求进行考评确认，计量标准器及配套设备、环境条件及设施、人员和相应的管理制度均满足企业内部量值传递和溯源要求，填写内容及相关资料真实有效，现予以声明，接受社会监督。

企业名称	杭州东华链条集团有限公司				
统一社会信用代码	913301101432785959				
登记注册地	浙江省杭州市临平区经济技术开发区昌达路 1 号				
生产地址	浙江省杭州市临平区经济技术开发区昌达路 1 号				
一、在用的企业最高计量标准					
序号	计量标准名称	测量范围	不确定度或准确度等级或最大允许误差	开展的检定或校准项目名称	建立时间
1	测微量具检定装置	(5.12-100) mm	4 等	千分尺 (0-200)mm MPE: ± (4 ~ 7) μm	2010 年
2	百分表检定装置	(0-25) mm	MPE: 4μm	百分表 (0-10)mm MPE: (0.014 ~ 0.020) mm	2010 年
3	卡尺量具检定装置	(1-500) mm	4 等、5 等	通用卡尺 (0-500)mm MPE: ± (0.02 ~ 0.05) mm 高度卡尺 (0-500)mm MPE: ± (0.03 ~ 0.05) mm	2010 年

4	工作用 廉金属 热电偶 检定装 置	(419.527-1084.62) °C	二等	工作用廉金属 热电偶 (300-1100) °C 准确度等级: II 等	2021 年
5	配热电 偶用温 度仪表 检定装 置	(0 ~ 1.0555) V	0.05 级	配热电偶数字温度 指示调节仪 (0 ~ 1300) °C 准确度等级: 0.5 级 及以下级 工业过程测量记录 仪 (0 ~ 1300) °C 准确度等级: 0.5 级 及以下级	2021 年
6	精密压 力表标 准装置	(1 ~ 60) MPa	0.4 级	工作压力表 (1 ~ 60)MPa 准确度等级: 1.6 级 及以下级	2021 年
7	非自动 衡器检 定装置	100mg ~ 1000kg	M1 等级	台秤  级及以下 电子秤  级及以下	2010 年

负责人:

声明企业 (盖章):

声明日期: 2025.10.7

